

Odpowiedź na zapytanie 1

INSTYTUT HODOWLI AKLIMATYZACJI ROŚLIN
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 725 36 11, fax (22) 725 47 14
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480

W dniu 25 czerwca 2019 r. złożono zapytanie do postępowania pn.:

Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na 4 pakiety.

Pakiet 4 - Wirówka z chłodzeniem,

Nr sprawy: ZP/03/N/D/2019;

Treść zapytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę z adapterami umożliwiającymi wirowanie do 20 sztuk płytek MTP i spełniającą wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę z adapterami umożliwiającymi wirowanie do 20 płytek MTP i spełniającą wszystkie pozostałe parametry.

26. 06. 2019v

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Krystyna Żurek

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 725 36 11, fax (22) 725 47 14
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480