

Odpowiedź na zapytanie 1

W dniu 26 czerwca 2019 r. złożono zapytanie do postępowania pn.:

**Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i
Aklimatyizacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w
Radzikowie, z podziałem na 4 pakiety.**

Pakiet 1 - Zamrażarka głębokiego chłodzenia,

Nr sprawy: ZP/03/N/D/2019;

Treść zapytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 2 wewnątrznie izolowanymi stalowymi drzwiami, po stronie wewnętrznej pokrytymi tworzywem utrudniającym przymarzanie, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ opisane w SIWZ parametry zapewniają nieprzymarzanie, przez co nie jest wymagane dodatkowe uszczelnienie.

27.06.2019 ✓

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

[Signature]
mgr Krystyna Żurek

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Radzików, 05-870 Blonie

tel. (22) 725 36 11, fax (22) 725 47 14
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480